

Warszawa, dnia 30.03.2020 r.

**BIOTREM Sp. z o.o.**  
**Aleja Jana Chrystiana Szucha 16 lok. 52**  
**00-582 Warszawa**  
**NIP: 525-25-26-661**  
*Dane zamawiającego*

**Do**  
**UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA**  
**POTENCJALNI OFERENCI**

**Dotyczy:** Zapytanie ofertowe nr 6/2.1/POIR/2020 z dnia 26.03.2020 r., którego celem jest wyłonienie dostawcy kamery termowizyjnej, która stanowić będzie wyposażenie Laboratorium maszynowego nowotworzonego Centrum Badawczo-Rozwojowego.

ogłoszone w związku z realizacją projektu nr: POIR.02.01.00-00-0033/18-00 pn. „*Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego i prototypowni w obszarze innowacyjnych na skalę światową, w pełni biodegradowalnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego, produktów jednorazowych.*”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 *Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw*

PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**  
**6/2.1/POIR/2020 z dnia 26.03.2020 r.**

**Pytanie nr 1:**

*Czy Zamawiający potwierdza, że oferta podpisana podpisem elektronicznym będzie zaakceptowana?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że oferta podpisana podpisem elektronicznym będzie akceptowana pod warunkiem, że podpis elektroniczny będzie podpisem kwalifikowanym, potwierdzonym odpowiednim certyfikatem.

**Pytanie nr 2:**

*Czy w przypadku oferty podpisanej podpisem elektronicznym wymagane będzie parafowanie wszystkich stron?*

**Odpowiedź:**

Jeśli podpis elektroniczny będzie podpisem kwalifikowanym to nie jest wymagane parafowanie wszystkich stron bowiem dokument tworzy wówczas „certyfikowaną całość”.

**Pytanie nr 3:**

*Czy w przypadku podanych wymaganych parametrów w formie przedziałów, w szczególności czułości termicznej, maksimum zakresu pomiaru, częstotliwości rejestracji obrazu, rozdzielczości, wymaga się żeby oferowany produkt posiadał stały parametr z danego przedziału czy w domyśle wymagane jest, żeby parametry kamery były zmienne w danych zakresach.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga by oferowany Przedmiot Zamówienia posiadał stałe parametry dla poszczególnych kryteriów (w tym np. czułość termiczna, rozdzielczość etc.), które będą mieściły się w podanych, przez Zamawiającego w treści zapytania ofertowego, przedziałach.

Poszczególne czułości mogą być różne przy dolnym i górnym zakresie (ekstrema), jednakże w zakresie roboczym winny być stałe - wskazane jest przy tym by zakres roboczy działania urządzenia był kwalifikowany na podstawie odpowiedniego narzędzia (prowadzenie kwalifikacji operacyjnej OQ).

**Pytanie nr 4:**

*Czy można zaoferować produkt o parametrach innych niż wymagane jeśli są lepsze ?*

**Odpowiedź:**

Tak – Oferent może zaoferować produkt o parametrach innych niż wymagane pod warunkiem, że będą one nie gorsze aniżeli te wskazane w treści zapytania.

Jednocześnie, Zamawiający zwraca uwagę potencjalnych Oferentów, iż Cena netto [PLN] stanowi kryterium oceny ofert a co za tym idzie wyboru najkorzystniejszej oferty.

**Pytanie nr 5:**

*Czy Zamawiający opisze warunki w zakresie kar umownych ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej sytuacji, w której trudno przewidzieć opóźnienia w dużej mierze zależne od decyzji rządów Państw oraz rozwoju epidemii na który dostawca nie ma żadnego wpływu ? Jest to konieczne do oszacowania ryzyka i złożenia rzetelnej oferty.*

**Odpowiedź:**


W zakresie, w jakim epidemia koronowirusa stanowić będzie przypadek siły wyższej uniemożliwiający jednej ze stron wykonywanie jej zobowiązań (np. zamknięcie zakładu produkcyjnego dostawcy lub poddostawcy w wyniku przyjęcia ustawy lub wydania decyzji administracyjnej, zamknięcie granic, wyłączenie możliwości transportu towarów na określonym obszarze), następować będzie automatyczne wstrzymanie obowiązku realizacji takich zobowiązań przez okres działania siły wyższej. W konsekwencji w sytuacji takiej kary umowne nie będą naliczane. Obowiązek wykazania wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej stronie realizację jej zobowiązań, spoczywał będzie na stronie dotkniętej działaniem siły wyższej.

**Pytanie nr 6:**

*Czy Zamawiający uzna dostawy sprzętu termowizyjnego w postaci nakładek termowizyjnych (...) za spełniające kryteria odnośnie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadania odpowiedniego doświadczenia w realizacji dostaw odpowiadających charakterem przedmiotowi zamówienia.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie może uznać dostawy sprzętu termowizyjnego w postaci nakładek termowizyjnych za spełnienie przez Oferenta warunku udziału w postępowaniu ofertowym



obejmującego odpowiednie doświadczenie w realizacji dostaw odpowiadających charakterem przedmiotowi zamówienia.

Powyższe wynika z faktu, iż nakładka IR na kamerę TV nie ma funkcjonalności zbliżonych do funkcjonalności przemysłowych kamer podczerwieni, które stanowią przedmiot zamówienia zapytania ofertowego nr 6/2.1./POIR/2019 z dn. 26.03.2020 r. – nie mogą zatem być uznane za odpowiednik rozwiązania równoważnego wobec przedmiotu zapytania i jako takie nie mogą być wskazane jako dowód doświadczenia ewentualnego Dostawcy w przedmiocie dostarczania i uruchamiania kamery termowizyjnej dla potrzeb laboratoryjnych.

Niniejsze zapytania potencjalnych Oferentów oraz odpowiedzi Zamawiającego nie wpływają na zmianę treści zapytania oraz termin składania ofert.



.....  
Małgorzata Wawer - Pełnomocnik